

TABELLA DI CONVERSIONE ERRORE dB - ERRORE %

ERRORE dB	ERRORE %	
± 0,1	1,16	-1,14
± 0,2	2,33	-2,28
± 0,3	3,51	-3,39
± 0,4	4,71	-4,50
± 0,5	5,93	-5,59
± 0,6	7,15	-6,67
± 0,7	8,39	-7,74
± 0,8	9,65	-8,80
± 0,9	10,92	-9,84
± 1,0	12,20	-10,87
± 1,1	13,50	-11,90
± 1,2	14,82	-12,90
± 1,3	16,14	-13,90
± 1,4	17,49	-14,89
± 1,5	18,85	-15,86
± 1,6	20,23	-16,82
± 1,7	21,62	-17,78
± 1,8	23,03	-18,72
± 1,9	24,45	-19,65
± 2,0	25,89	-20,57
± 2,1	27,35	-21,48
± 2,2	28,82	-22,38
± 2,3	30,32	-23,26
± 2,4	31,83	-24,14
± 2,5	33,35	-25,01
± 2,6	34,90	-25,87
± 2,7	36,46	-26,72
± 2,8	38,04	-27,56
± 2,9	39,64	-28,39
± 3,0	41,25	-29,21

ERRORE dB	ERRORE %	
± 3,1	42,89	-30,02
± 3,2	44,54	-30,82
± 3,3	46,22	-31,61
± 3,4	47,91	-32,39
± 3,5	49,62	-33,17
± 3,6	51,36	-33,93
± 3,7	53,11	-34,69
± 3,8	54,88	-35,43
± 3,9	56,68	-36,17
± 4,0	58,49	-36,90
± 4,1	60,32	-37,63
± 4,2	62,18	-38,34
± 4,3	64,06	-39,05
± 4,4	65,96	-39,74
± 4,5	67,88	-40,43
± 4,6	69,82	-41,12
± 4,7	71,79	-41,79
± 4,8	73,78	-42,46
± 4,9	75,79	-43,11
± 5,0	77,83	-43,77
± 5,1	79,89	-44,41
± 5,2	81,97	-45,05
± 5,3	84,08	-45,67
± 5,4	86,21	-46,30
± 5,5	88,36	-46,91
± 5,6	90,55	-47,52
± 5,7	92,75	-48,12
± 5,8	94,98	-48,71
± 5,9	97,24	-49,30
± 6,0	99,53	-49,88